

**PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA  
ZAWODOWA im. JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO w LESZNIE  
ul. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

**DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA:**

**„Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla kierunku Budownictwo  
w PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie”**

**Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych.**

## CZEŚĆ I

### INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW

#### 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego  
ul. A. Mickiewicza 5  
64-100 Leszno  
tel. (065) 529 60 64 fax.(065) 529 60 76  
godz. urzędowania: pn.-pt. 7.00-15.00  
www.pwsz.edu.pl

#### 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony.

#### 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa sprzętu laboratoryjnego dla kierunku Budownictwo w PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie.**

3.2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt zaproponowany w jego ofercie po cenach zawartych w kosztorysie cenowym. Dostarczany sprzęt, w momencie dostawy, winien być gotowy do użycia.

3.3. Przedmiotem zamówienia jest także opakowanie, załadunek, wniesienie urządzeń/sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

3.4. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą posiadać etykiety w języku polskim wraz z instrukcją użycia i bezpieczeństwa ich stosowania oraz karty gwarancyjne.

3.5. Zamówienie składa się z II części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych ale nie dopuszcza ofert wariantowych i nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

1. Część I Wyposażenie do laboratorium kierunku Budownictwo - mechanika gruntów.
2. Część II Wyposażenie do laboratorium kierunku Budownictwo – technologia robót budowlanych.

**3.6. Szczegółowy opis zamówienia wraz z wymaganymi parametrami technicznymi, funkcjonalnymi i użytkowymi przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1A do Formularza oferty.**

#### **Oznaczenie wg CPV:**

39162000-5 pomoce naukowe,  
39162100-6 pomoce dydaktyczne,  
39162110-9 sprzęt dydaktyczny.

3.8. Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, niepowystawowe, bez wad i uszkodzeń.

3.9. Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) rozwiązań, należy to traktować jako rozwiązanie przykładowe określające standardy, wygląd i wymagania techniczne, a Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, funkcjonalnych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

Wszelkie materiały, urządzenia i materiały równoważne muszą spełniać następujące wymagania i standardy w stosunku do materiału, urządzenia i rozwiązania wskazanego jako przykładowy, tj. muszą być:

- tej samej wytrzymałości i trwałości,
- o tych samych parametrach technicznych,
- spełniać te same funkcje,
- posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy Pzp po stronie Wykonawcy jest udowodnienie, że proponowany materiał jest równoważny i w jego gestii leży przedstawienie wszelkich dokumentów, obliczeń, opinii itp. potwierdzających równoważność.

#### **4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

4.1. Zamówienie należy wykonać w terminie najpóźniej **do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy**, po uzgodnieniu dokładnego terminu z osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego.

4.2. Dostawę należy wykonać do budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego przy ul. Mickiewicza 5 w Lesznie.

4.3. Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji przedmiotu zamówienia.

#### **5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

5.1. Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

5.2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp – brak podstaw o wykluczeniu zostanie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia.

5.3. Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

#### **6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA**

**6.1. W celu wykazania przez Wykonawcę braku podstaw wykluczenia, oraz w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:**

##### **6.1.1. Wraz z ofertą:**

1. aktualne na dzień składania ofert **oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania** Załącznik nr 2 do SIWZ.

Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

##### **6.1.2. Inne dokumenty składane wraz z ofertą:**

1. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy),

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1.2 ppkt 1, składa aktualny dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
6. W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w SIWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości).
8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

#### **6.1.3. Na wezwanie Zamawiającego:**

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, że nie podlega wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

#### **6.2. Zgodnie z aktualnym rozporządzeniem w sprawie dokumentów.**

1. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnymi i bezpłatnymi baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń i dokumentów.

**6.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.**

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3.

**6.4. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Powyższa procedura dotyczy również brakujących lub wadliwych pełnomocnictw.**

## **Rozdział 7**

### **INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Część I Arkadiusz Denisiewicz, e-mail: [a.denisiewicz@ib.uz.zgora.pl](mailto:a.denisiewicz@ib.uz.zgora.pl)

Część II Piotr Mitelski, e-mail: [sgt@pwsz.edu.pl](mailto:sgt@pwsz.edu.pl)

Specjalista ds. zamówień publicznych Iwona Adamczyk, tel. 65 525 01 61

e-mail: [programyue@pwsz.edu.pl](mailto:programyue@pwsz.edu.pl)

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji przekazywanych faxem każda ze stron potwierdza niezwłocznie na żądanie drugiej. Nr fax 65 529 60 76.

Zamawiający prosi o zaznaczenie, iż faks/pismo dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla kierunku Budownictwo w PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie” lub wpisanie adresata: Iwona Adamczyk.

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 3, lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 3.

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła zapytania) Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej [www.bip.pwsz.edu.pl](http://www.bip.pwsz.edu.pl). w zakładce przetargi, a także przekaze Wykonawcom, którzy wnosili o wyjaśnienia.

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na własnej stronie internetowej.

## **Rozdział 8 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

8.1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

## **Rozdział 9 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

9.1. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## **Rozdział 10 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**

10.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferty w postępowaniu można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia tzn. że Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną/e przez siebie część/ci lub na wszystkie części zamówienia. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, na każdą część zamówienia, która musi obejmować całość oferowanego przedmiotu zamówienia w danej części i winien skalkulować cenę dla całości przedmiotu zamówienia w danej części.

10.2. Wykonawca musi zaferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego opis techniczny lub funkcjonalny, odpowiednio do opisu stanowiącego Załącznik nr 1A do Formularza oferty, oraz katalog lub karty katalogowe lub wydruki ze stron internetowych producenta/ów potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów (wskazujące w szczególności oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, charakterystykę produktu i inne istotne), pozwalające na ocenę zgodności oferowanych produktów, ich elementów oraz ich parametrów z wymaganiami SIWZ (w przypadkach braku opisanych wyżej dokumentów producenta/ów lub braku w tych dokumentach pełnej informacji potwierdzających spełnianie wymaganych parametrów Wykonawca może złożyć oświadczenie producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela lub niezależnej jednostki potwierdzające spełnianie wymagań SIWZ dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia).

Brak Załącznika 1A do Formularza oferty lub dokumentów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy,

10.3. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

10.4. Do oferty Wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich informacji wymaganych postanowieniami niniejszej SIWZ.

10.5. Oferta musi być podpisana i napisana w języku polskim. Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub przez osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo.

W przypadku Wykonawców z siedzibą za granicą za osoby uprawnione uznaje się osoby wskazane, zgodnie z dokumentami państwa wystawienia, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

10.6. Wszystkie zapisane strony oferty łącznie z załącznikami powinny być ponumerowane.

10.7. Wszystkie poprawki w treści oferty muszą zostać parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

10.8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Muszą w tym przypadku ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. Do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez upoważnionych przedstawicieli podmiotów uczestniczących wspólnie.

10.9. Wykonawca może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł on, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył oświadczenie w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz umieścił wszystkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”, a do oferty załączył uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania ofert), iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie została spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności i dane te staną się jawne od momentu otwarcia ofert.

10.10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

10.11. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:

Nadawca:  
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)

**Oferta w przetargu nieograniczonym na zadanie  
„Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla kierunku Budownictwo  
w PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie”**

**NIE OTWIERAĆ PRZEZD DNIEM 25.05.2018 r. GODZ. 11.00.**

## **Rozdział 11**

### **MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

#### 1. Miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Zamawiającego:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego

Ul. A. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno, pok. 316.

#### **Termin składania ofert upływa w dniu 25.05.2018 r. o godz. 11.00.**

Za termin złożenia oferty przyjmuje się dzień i godzinę jej zarejestrowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie. Dla ofert wysłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego (PWSZ, ul. A. Mickiewicza 5, 64 -100 Leszno)

W PWSZ poczta odbierana jest z Urzędu Poczтового od pn. – pt. o godz. 10.00

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie oferty w sytuacji, gdy Wykonawca nie oznaczy koperty w sposób wskazany w SIWZ w Rozdziale 10.

Oferty, które wpłyną do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie, po wyznaczonym terminie do składania ofert, zostaną odesłane bez otwierania, po upływie terminu przeznaczonego na wniesienie protestu.

## 2. Miejsce otwarcia ofert:

### **1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.05.2018 r. o godz. 11.15**

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J.A. Komeńskiego

Ul. A. Mickiewicza 5

64-100 Leszno Pokój 316, II piętro

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zmierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Otwarcie ofert obejmuje:

1) część jawną, podczas której mogą być obecni Wykonawcy oraz inne zainteresowane osoby;

a) w części jawnej Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach,

b) niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach;

2) część niejawną; w części niejawnej Zamawiający dokonuje oceny merytorycznej i formalnej złożonych ofert na podstawie kryteriów wymienionych w rozdziale 13 SIWZ.

## **Rozdział 12**

### **OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**

12.1. Cenę oferty należy podać w załączonym do SIWZ formularzu oferty. Cenę oferty należy podać uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia dla danej części. Do oceny oferty Zamawiający przyjmie cenę brutto z formularza oferty (dla danej części).

12.2. Cena oferty, w każdej części, musi zawierać łącznie koszt przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi świadczeniami określonymi w niniejszej SIWZ.

12.3. Cenę oferty, w każdej części, należy podać jako cenę brutto (wraz z podatkiem VAT).

12.4. Cenę oferty oraz wszystkie ceny jednostkowe brutto należy podać w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty oraz składające się na nią kwoty jednostkowe brutto należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza należy pominać, a końcówki 0,5 grosza i wyżej należy zaokrąglić do jednego grosza.

12.5. W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym także opłaty, koszty ewentualnego cła i odprawy celnej, podatki oraz rabaty, upusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić.

12.6. Obliczając cenę oferty, zaleca się podać wartość (wartości) jednostkowe i sumaryczne brutto odpowiednio dla poszczególnych elementów zamówienia.

## **Rozdział 13**

### **OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT**

13.1. Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa.

13.2. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy informuje, że najpierw dokona oceny ofert, sprawdzi czy oferty nie podlegają odrzuceniu m.in. zostanie zbadana treść oferty i jej zgodność z wymaganiami Zamawiającego. Następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z postępowania.



### 13.3. Kryteria wyboru oferty:

#### I KRYTERIUM

##### **Cena (C) – 60 %**

Oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą w skali punktowej od 0 do 60 punktów. Zasady przyznawania odpowiedniej ilości punktów będą następujące:

$$\text{Cena} = (\text{Cn} : \text{Co}) \times 100 \times \text{waga kryterium (60\%)}$$

gdzie:

Cn - cena najniższa,

Co - cena oferty ocenianej.

#### II KRYTERIUM

##### **Gwarancja – 40%**

Zamawiający informuje, że minimalny okres gwarancji **dla każdej części to 12 miesięcy**. Jeśli wykonawca poda okres gwarancji poniżej 12 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona.

##### **Oferta, w zależności od zadeklarowanego terminu gwarancji otrzyma następującą liczbę punktów:**

- jeśli wykonawca poda okres gwarancji od 25 do 36 miesięcy, otrzyma 40 pkt,
- jeśli wykonawca poda okres gwarancji od 13 do 24 miesięcy, otrzyma 30 pkt,
- jeśli wykonawca poda okres gwarancji przez 12 miesięcy, otrzyma 0 pkt,

Okres gwarancji będzie liczony od daty odbioru przedmiotu dostawy.

Gwarancja obejmuje między innymi, poza ujętymi prawnie, wliczoną w cenę oferty, naprawę oraz ewentualną konserwację oraz przeglądy jeśli wynikają z warunków gwarancji producenta/ów w okresie gwarancyjnym realizowane w miejscu użytkowania, przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta/ów.

13.4. Obliczenia punktacji, w każdej części, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

13.5. Jako najkorzystniejsza, w każdej części, zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert.

## **Rozdział 14**

### **INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

14.1. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich uczestników postępowania, którzy złożyli oferty o:

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

14.2. Umowa zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, o terminie i miejscu podpisania umowy.

14.3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub występują inne przypadki określone w art. 94 ustawy Pzp.

14.4. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy w drodze korespondencyjnej.

## **Rozdział 15**

### **WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający nie żąda wniesienia należytego zabezpieczenia umowy.

## **Rozdział 16**

### **ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY - WZÓR UMOWY**

Zamawiający nie dopuszcza istotnej zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Wzór umowy stanowi Załącznik 4 do SIWZ.

## **Rozdział 17**

### **POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELNIE ZAMÓWIENIA**

Wykonawcom i innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. z 2017, poz. 1579).

## **Rozdział 18**

### **INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH POWTARZAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 USTAWY PZP**

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.

## **Rozdział 19**

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Wykonawca winien w ofercie wskazać części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

#### **Załączniki do SIWZ:**

Załącznik 1 - Formularz oferty

Załącznik 1A Szczegółowy opis zamówienia - kosztorys

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 4 – Wzór umowy

**FORMULARZ OFERTOWY****Dane dotyczące Wykonawcy**

Nazwa: .....  
 Siedziba: .....  
 Adres poczty elektronicznej: .....  
 Strona internetowa: .....  
 Numer telefonu: .....  
 Numer faksu: .....  
 Numer REGON: ..... NIP: .....

**Dane dotyczące Zamawiającego**

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego  
 Ul. A. Mickiewicza 5  
 64-100 Leszno

**Zobowiązania wykonawcy**

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym dotyczącym przetargu nieograniczonego na zadanie „Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla kierunku Budownictwo w PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie” numer sprawy K-GT-43-232-5/2018 oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

**Cena oferty****Część I**

cena netto.....zł  
 (słownie:.....)  
 podatek VAT.....zł  
 cena brutto.....zł  
 (słownie:.....)

Okres gwarancji:.....

**Część II**

cena netto.....zł  
 (słownie:.....)  
 podatek VAT.....zł  
 cena brutto.....zł  
 (słownie:.....)

Okres gwarancji:.....

## Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

1.....

tel. kontaktowy, faks, e-mail: .....

Zakres odpowiedzialności:

.....  
.....

2.....

tel. kontaktowy, faks, e-mail: .....

Zakres odpowiedzialności:

.....  
.....

## Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię .....

Stanowisko .....

Telefon.....Fax.....

Zakres\*:

- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
- do zawarcia umowy

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i akceptujemy ją bez zastrzeżeń.

2. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy zawarty w SIWZ. Jednocześnie zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3. Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia składamy ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych;

4. Oświadczamy, iż cena określona powyżej obejmuje realizację wszystkich zobowiązań Wykonawcy opisanych w SIWZ wraz z załącznikami.

5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

6. Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam/y:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(data i czytelny podpis wykonawcy - osoby/osób upoważnionych)

**SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA (FUNKCJE, PARAMETRY TECHNICZNE)  
- KOSZTORYS**

Poniższe funkcje oraz parametry są warunkami wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.  
Zamawiający dopuszcza przedmiot zamówienia o parametrach lepszych niż wymagane.

<b>CZĘŚĆ I</b>				
Lp.	Funkcje/parametry techniczne oraz warunki oferowanych urządzeń	Ilość w szt.	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	<p><b>Aparat bezpośredniego ścinania – elektroniczny zgodny z normą PN-88/B-04481</b></p> <p><u>Aparat powinien umożliwiać:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczenie wytrzymałości gruntu na ścinanie,</li> <li>• oznaczenie spójności,</li> <li>• oznaczenie kąta tarcia wewnętrznego,</li> <li>• przeprowadzenie badań próbki o kontrolowanej wilgotności,</li> <li>• przeprowadzenie konsolidacji pobranej próbki bezpośrednio w aparacie,</li> <li>• przeprowadzenie ścinania w kilku płaszczyznach.</li> </ul> <p><u>Aparat powinien posiadać:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• czujniki tensometryczne,</li> <li>• mikroprocesorowy moduł pomiarowy,</li> <li>• wbudowaną pamięć z możliwością przesyłania danych do komputera poprzez złącze RS,</li> <li>• wymienne komory prób o przekrojach 60x60 mm, 80x80 mm, 100x100 mm, 120x120 mm.</li> </ul> <p>Parametry techniczne: obciążenie pionowe (regulacja ciągła) 0 - 6.5 kN, zakres pomiarowy siły ścinającej 5 kN lub 10 kN, szybkość zadawania siły ścinającej 10, 1, 0.1, 0.01, 0.001 mm/min.</p>	1		
2.	<p><b>Urządzenie do badania współczynnika filtracji</b></p> <p><u>Urządzenie powinno:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• posiadać trzy biurety, odpowiednio o średnicach 4-6-8 mm;</li> <li>• posiadać cylinder do badań współczynnika filtracji dla próbek Proctora i zbiornik na wodę.</li> <li>• być przeznaczone do badania próbek gruntów ilastych i piaskowych: zakres pomiarowy 10<sup>-9</sup> do 10<sup>-5</sup> m/s)</li> </ul>	1		
3.	<p><b>Edometr mechaniczny zgodny z DIN 181335</b></p> <p><u>Urządzenie powinno:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• posiadać zestaw ciężarków 500N (3 x 100, 3 x 50, 2 x 20, 1 x 10, 2 x 5 N)</li> <li>• posiadać czujnik zegarowy o zakresie min. 30 mm i rozdzielczość 0,01 mm.</li> </ul>	1		
4.	<p><b>Ręczny aparat Cassagrande’a zgodny z normą PN-88/B-04481</b></p> <p><u>Aparat powinien posiadać</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wbudowany licznik uderzeń z kasownikiem,</li> </ul>	1		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sprawdzian wysokości podnoszenia miseczki,</li> <li>• rylec płaski do próbek, nóż płaski do próbek.</li> </ul>			
5.	<p><b>Penetrometr stożkowy – ręczny zgodny z normami: PN-B-04481, PKN-CEN ISO/TS 1792-6, PKN-CEN ISO/TS 1792-12</b></p> <p><u>Aparat powinien posiadać:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ramę z ruchomym ramieniem sterowaną ręcznie za pomocą pokrętki,</li> <li>• precyzyjny czujnik zegarowy 25 mm x 0,01 mm,</li> <li>• trzpień pomiarowy,</li> <li>• komplet stożków penetracyjnych: 30°x80g; 30°x100g; 30°x400g; 60°x60 g oraz 60°x100g,</li> <li>• naczynie na badaną próbkę h = 45 mm, Ø60 mm.</li> </ul>	2		
6.	<p><b>Przyrząd do oznaczania maksymalnej i minimalnej gęstości objętościowej gruntów niespoistych</b></p> <p>Przyrząd powinien się składać z metalowego cylindra z tłoczkiem i metalowych widełek wibracyjnych.</p>	1		
7.	<p><b>Przyrząd do oznaczania gęstości objętościowej gruntu zgodnie z norm PN-88/B-04481</b></p> <p>W zestawie powinien się znajdować: cylinder wciskowy (0,78 dm<sup>3</sup> h = 100 mm), nakładka na cylinder, cylinder prowadzący, popychacz.</p>	1		
8.	<p><b>Waga precyzyjna</b></p> <p><u>Minimalne parametry:</u> obciążenie maksymalne 12 kg, działka odczytowa 0,2 g, zakres tary 12 kg, powtarzalność 0,6 g, wymiar szalki 300 × 300 mm.</p>	1		
9.	<p><b>Suszarka laboratoryjna</b></p> <p>Minimalne parametry: pojemność komory 112l, zakres temperatury pracy [°C] 5° powyżej temperatury otoczenia ...+300, materiał komory stal nierdzewna, kwasoodporna zgodna z DIN 1.4301, regulacja temperatury [°C] co 0,1, stabilność temperatury w +105°C [°C] ±0,5, zabezpieczenie zgodnie z DIN 12880: klasy 2.0</p>	1		
10.	<p><b>Sonda Dynamiczna Lekka SD-10 (zestaw) zgodność z normami: PN-BN-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe. Część 2. Sondowanie dynamiczne. ENV 1997-3:2000 Eurocode 7. Geotechnical design. Part 3. Design assisted by field testing. PN-EN 1997-2:2009 [Eurokod 7] Projektowanie geotechniczne. Część 2. Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.</b></p> <p>Sonda powinna umożliwiać sondowanie do głębokości 10 m p.p.t.</p> <p><u>Zestaw powinien zawierać:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sondę dynamiczną lekką (ręczną)</li> <li>• bijak (baba, obciążnik) o wadze 10 kg z podbabinikiem wyposażonym w uchwyt,</li> <li>• wolnospad (mechanizm służący do podnoszenia bijaka),</li> <li>• prowadnicę z odbojnikiem (ogranicznik wysokości) i nakrętką górną,</li> <li>• 10 żerdzi o średnicy Ø 22 mm, długość 1 m [skalowane co 10 cm],</li> <li>• łącznik M16,</li> <li>• stożek do sondy SD 10 (DPL),</li> <li>• wyciąg dźwigniowy szczękowy średni, udźwig 1500 kg do wyciągania żerdzi o średnicy Ø22 mm,</li> <li>• skrzynię na sondę z wolnospadem z miejscem na 10 żerdzi,</li> </ul>	1		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zestaw 3 kluczy płaskich do skręcania i rozkręcania żerdzi Ø22 mm,</li> <li>• szczotka do czyszczenia gwintów zewnętrznych,</li> <li>• szczotka do czyszczenia gwintów wewnętrznych M16,</li> <li>• smar do prowadnic.</li> </ul>			
11.	<b>Zestaw świdrów do wierceń ręcznych</b> Zestaw powinien umożliwiać wykonywanie odwiertów do 10 m p.p.t. i posiadać: świder okienkowy, świder rurowy dwunożowy, świder spiralny dwuzwojowy, świder rurowo – okienkowy, świder spiralny jednozwojowy, pokrętło.	1		
12.	<b>Wstrząsarka do sit laboratoryjnych Ø 200 mm</b> <u>Wymagane parametry:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• masa próbki do 1500 g,</li> <li>• drgania pionowo – skrętne,</li> <li>• amplituda regulowana 0 - 2,5 mm,</li> <li>• częstotliwość drgań stała 50 Hz,</li> <li>• czas przesiewania regulowany 0 - 99 min.</li> </ul>	1		
13.	<b>Zestaw sit do analizy gruntów</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary oczek: 0,063; 0,10; 0,25; 0,50; 1,00; 2,00; 10,00; 25,0; 40,0 mm,</li> <li>• średnica sita: 200 mm,</li> <li>• wysokość sita: 50mm,</li> <li>• obudowa aluminiowa, zbiornik i pokrywa.</li> </ul>	1		
14.	<b>Ubijak Proctora automatyczny zgodny z normą PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie. Część 2: Metody badań laboratoryjnych gęstości na sucho i zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proctora.</b> Ubijak powinien umożliwiać badania według metody A i B, ubijania prób CBR, przystosowanie do normy PN-B-04481 oraz PN-S-02205 <u>Wymagane parametry:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wysokość spadania: 300, 305, 450 lub 457 mm,</li> <li>• Ilość uderzeń: regulowana</li> </ul> <u>Ubijak powinien posiadać w zestawie:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wyposażenie do badań wg normy PN EN 13286-2: dla metody A ubijak A Ø 50,0 mm x 2,5 kg x 305 mm, dla metody B ubijak B Ø 50,0 mm x 4,5 kg x 457 mm</li> <li>• formę Proctor'a A Ø 100 mm; h=120 mm</li> <li>• formę Proctor'a B Ø 150 mm; h=120 mm</li> </ul>	1		
	<b>RAZEM:</b>	<b>15</b>		

**SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA (FUNKCJE, PARAMETRY TECHNICZNE)  
- KOSZTORYS**

Poniższe funkcje oraz parametry są warunkami wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający dopuszcza przedmiot zamówienia o parametrach lepszych niż wymagane.

<b>CZĘŚĆ II</b>				
Lp.	Funkcje/parametry techniczne oraz warunki oferowanych urządzeń	Ilość w szt.	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	<b>Detektor zbrojenia</b> <u>Wymagane funkcje:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lokalizacja zbrojenia,</li> <li>• określenie otuliny zbrojenia,</li> <li>• oszacowanie średnicy zbrojenia,</li> <li>• zakres pomiaru o - 150 mm,</li> <li>• zasilanie bateryjne,</li> </ul>	1		
2.	<b>Urządzenie pul-off do pomiaru siły przyczepności posadzek i innych materiałów</b> – urządzenie mechaniczne, <u>Wymagane funkcje:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• odczyt siły zrywającej na analogowym manometrze, siła zrywająca min. 4 kN,</li> <li>• w zestawie dyski testowe fi 50 mm - szt. 10</li> </ul>	1		
3.	<b>Urządzenie pul-off do pomiaru siły przyczepności posadzek i innych materiałów</b> – urządzenie mechaniczne, <u>Wymagane funkcje:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• odczyt siły zrywającej na analogowym manometrze,</li> <li>• siła zrywająca min. 16 kN,</li> <li>• w zestawie dyski testowe fi 50 mm - szt. 10</li> </ul>	1		
4.	<b>Urządzenie pull-out do pomiaru i sprawdzenia wytrzymałość elementów mocowania</b> – urządzenie mechaniczne, <u>Wymagane funkcje:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• odczyt siły zrywającej na analogowym manometrze,</li> <li>• siła zrywająca min. 16 kN,</li> <li>• w zestawie akcesoria do wrywania kołków lub nagwintowanych prętów</li> </ul>	1		
5.	<b>Wilgotnościomierz</b> Urządzenie do bezinwazyjnego pomiaru wilgotności materiałów budowlanych: drewno, posadzka cementowa, tynk cem-wap, tynk gipsowy, beton, cegła, gazobeton, silikat. Głębokość pomiaru min. 30 mm	1		
6.	<b>Betonoskop ultradźwiękowy</b> Ultradźwiękowe urządzenia do badania betonu, z oceną wytrzymałości na ściskanie, z przetwornikami – dopuszcza się urządzenie demonstracyjne.	1		
	<b>RAZEM:</b>	<b>6</b>		



Nazwa firmy: .....

Adres:.....

REGON: .....

NIP: .....

### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla kierunku Budownictwo w PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie" numer sprawy K-GT-43-232-5/2018”, oświadczam, co następuje:

#### OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

Miejscowość .....

dnia ..... 2018 roku.

.....  
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie/nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp – o ile dotyczy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: .....

.....  
.....  
.....  
(– o ile dotyczy)

Miejscowość .....

dnia ..... 2018 roku.

.....  
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy)

Nazwa firmy: .....

Adres:.....

REGON: .....

NIP: .....

**OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI  
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Niniejszym oświadczam, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pn. „Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla kierunku Budownictwo w PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie” numer sprawy K-GT-43-232-5/2018”, w trybie przetargu nieograniczonego:

**1. nie należę do grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z żadnym innym wykonawcą, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia

Miejscowość .....

dnia ..... 2018 roku.

.....  
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy)

---

**2. należę do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia

1) .....

2) .....

...

oraz przedstawiam wraz z niniejszym oświadczeniem dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Miejscowość .....

dnia ..... 2018 roku.

.....  
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy)

## WZÓR UMOWY

### Umowa na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla kierunku Budownictwo w PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie

zawarta w dniu .....

pomiędzy:

**Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie,  
ul. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno**, reprezentowaną przez:

.....

zwaną dalej **Zamawiającym**,

a

....., z siedzibą

w ....., ul. .... reprezentowanym(a) przez:

1. ....

2. ....

zwanym(a) dalej **Wykonawcą**

#### §1

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę sprzętu laboratoryjnego dla kierunku Budownictwo w PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy spełniający wymagania Zamawiającego.
3. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy oraz spełniać obowiązujące normy.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt, który został zaproponowany w jego ofercie.

#### §2

1. Przedmiot umowy należy dostarczyć najpóźniej do dnia .....
2. Gotowość dostawy przedmiotu umowy Wykonawca zgłosi telefonicznie Zamawiającemu, co najmniej dwa dni przed dniem dostawy.
3. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie podpisanego dwustronnie protokołu zdawczo - odbiorczego, którego sporządzenie należy do Wykonawcy.
4. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć towar przed uszkodzeniem w czasie transportu do siedziby Zamawiającego.
5. Wykonawca dostarczy i wniesie zapakowany przedmiot umowy na własny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
6. Zamówienie obejmuje również ewentualny montaż/podłączenie i ewentualne uruchomienie przedmiotu umowy.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne przedmiotu umowy.

### §3

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres ..... miesięcy, licząc od daty odbioru przedmiotu dostawy. Wykonawca dostarczy w dniu dostawy dokumenty gwarancyjne.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy gwarancyjnej przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego, bądź w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, w ciągu 10 dni od momentu zgłoszenia usterki. W razie niemożności dotrzymania 10 dniowego terminu naprawy wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu na czas naprawy urządzeń/sprzętu o identycznych parametrach technicznych. Łączny czas naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 21 dni. Jeżeli Wykonawca nie wykona w tym czasie naprawy zobowiązany jest dostarczyć nowy sprzęt o identycznych parametrach. Koszt wszelkiego transportu sprzętu, w związku z gwarancją, pokrywa Wykonawca.
3. W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego elementu lub podzespołu urządzenia/sprzętu będącego przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wymiany tego elementu, podzespołu lub całego urządzenia/sprzętu na nowy wolny od wad, na własny koszt.

### §4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie cen jednostkowych (dotyczy: część I + II)  
Ogółem wartość brutto: .....zł  
Słownie:.....
2. Ceny jednostkowe asortymentu, które są zgodne z cenami zaproponowanymi przez Wykonawcę w jego ofercie.
3. W cenie brutto zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego (transport, opakowanie, rozładunek), a także opłaty wynikające z polskiego prawa celnego i podatkowego.

### §5

1. Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu umowy zostanie wypłacone Wykonawcy po zrealizowaniu dostawy, potwierdzeniu przedmiotu odbioru bez zastrzeżeń w protokole zdawczo – odbiorczym przez uprawnionego pracownika Zamawiającego, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
2. Termin płatności: 14 dni od daty wystawienia faktury VAT, przelewem na konto bankowe Wykonawcy.
3. Płatności będą uważane za zrealizowane w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

### §6

1. W przypadku opóźnienia terminu dostawy (dłużej niż 14 dni od daty złożenia zamówienia) z przyczyn powstałych po stronie Wykonawcy, naliczone zostaną mu kary - za każdy dzień zwłoki: 0,3% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy.
2. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1.
5. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcy przedmiotu umowy zawierającego błędy, uszkodzenia itp. jest on zobowiązany do wymiany towaru w terminie do 3 dni. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne dodatkowe wynagrodzenie.

### §7

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§8

1. Wszelkie spory, które mogą wynikać w związku z realizacją umowy będą rozwiązywane polubownie, a w razie braku porozumienia przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

§9

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**