

Nr sprawy: K-GT-43-232-4/2018

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, zawiadamia, iż w postępowaniu na realizację zadania pn. „**Dostawa sprzętu medycznego i pomocy dydaktycznych na wyposażenie pracowni umiejętności pielęgniarskich dla kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie**” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisów SIWZ. Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579) Zamawiający udziela odpowiedzi na przesłane zapytania.

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytanie nr 1 dot. Część I p. 1 Symulator do badania uszu

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wydzielenie do osobnego pakietu symulatora do badania uszu. Umożliwi to złożenie się większej ilości oferentów oraz uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2 dot. CZĘŚĆ I p. 1 Symulator do badania uszu

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności symulator do badania uszu o następujących parametrach: symulator umożliwi praktyczną naukę oraz ćwiczenie badania ucha. Został specjalnie zaprojektowany aby jak najwierniej odwzorować wewnętrzną i zewnętrzną budowę oraz rozmiar. Wymienne uszy są łatwo wymienne. Rzeczywistych rozmiarów, kolorowe wydruki stanów ucha, zostały umieszczone na błonie bębenkowej i zapewniają obraz jaki uzyskuje się podczas badania prawdziwego pacjenta. Realistyczna, elastyczna tekstura ucha umożliwia takie same operowanie otoskopem jak w przypadku klinicznego pacjenta. Możliwość wykonania irygacji i czyszczenia ucha.

Symulator umożliwi rozpoznanie następujących stanów:

- Normalna błona bębenkowa,
- Surowicze zapalenie ucha środkowego z płynem surowicznym,
- Śluzowe zapalenie ucha środkowego
- Przewlekłe zapalenie ucha środkowego z perforacją,
- Normalna błona bębenkowa z pochyłym kanałem,
- Prawidłowe ucho do ćwiczeń usuwania woskowiny.

Zestaw zawiera: fantom, 6 wymiennych uszu oznaczonych numerami, 2 opakowania syntetycznego wosku, instrukcję, walizkę.

Umożliwi to złożenie się większej ilości oferentów oraz uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź

Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności symulator posiadający możliwości i parametry ujęte w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3 dot. CZĘŚĆ I p. 2 Symulator (fantom) do badania oczu

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wydzielenie do osobnego pakietu symulatora do badania oczu. Umożliwi to złożenie się większej ilości oferentów oraz uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4 dot. CZĘŚĆ I p. 2 Symulator (fantom) do badania oczu

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności symulator do badania oczu o następujących parametrach:

Symulator oka został całkowicie przeprojektowany, aby korzystać z najnowszych technologii wysokiej rozdzielczości cyfrowego ekranu - zwiększający realizm i doświadczenie szkoleniowe. Symulator badania oczu zawiera 36 przypadków cukrzycy, częste i rzadziej spotykane schorzenia siatkówkowe, praktyczne ćwiczenia w badaniu oczu oraz z zastosowaniem oftalmoskopu.

Retinopatia cukrzycowa (zgodnie z krajowymi programami badań przesiewowymi Wielkiej Brytanii, Europy i WHO)

1. Retinopatia cukrzycowa prosta
 2. Makulopatia
 3. Retinopatia cukrzycowa przedproliferacyjna
 4. Retinopatia cukrzycowa proliferacyjna
 5. Nowe naczynia tarczy nerwu wzrokowego
 6. Laser
 7. Fotokoagulacja
 8. Retinopatia cukrzycowa trudna do oceny
- Częste choroby oczu
9. Siatkówka prawidłowa
 10. Jaskra
 11. Obrzęk tarczy nerwu wzrokowego
 12. Zanik nerwu wzrokowego
 13. Zwrodnienie plamki związane z wiekiem (suche)
 14. Retinopatia nadciśnieniowa
 15. Zakrzep żyły środkowej siatkówki
 16. Niedrożność (zator) tętnicy środkowej siatkówki
 17. Druzy
 18. Zwrodnienie barwnikowe siatkówki
 19. Zmielinizowane włókna nerwowe (włókna rdzenne)
 20. Wysoka krótkowzroczność
 21. Zakrzep gałązki żyły środkowej siatkówki
- Rzadsze choroby oczu
22. Zakrzep przedsiatkówkowej żyły
 23. Liczne(mnogie) krwotoki siatkówkowe
 24. Odwarstwienie siatkówki
 25. Pasma naczyńaste
 26. Łagodne znamię barwnikowe tarczy nerwu wzrokowego
 27. Czerniak złośliwy
 28. Krwotok do plamki żółtej
 29. Znamię barwnikowe naczyńiówki
 30. Blizna plamkowa (toksoplazma)
 31. Cytomegalowirusowe zapalenie siatkówki
 32. Lipemia siatkówki
 33. Poszerzone naczynia nadtwardówkowe

- 34. Sierp krótkowzroczny- Prawidłowe naczynia naczyniówkowe
- 35. Ustupujący krwotok do ciała szklistego
- 36. Oparzenie plamki

Umożliwi to złożenie się większej ilości oferentów oraz uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź

Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności symulator posiadający możliwości i parametry ujęte w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 5 dot. CZĘŚĆ I p. 3 Symulator do badania prostaty

Czy Zamawiający dopuści do postępowania symulator do badania prostaty posiadający zamiast jednostronnego i obustronnego łagodnego nowotworu, łagodny jednostronny i obustronny przerost, jednocześnie spełniając pozostałe warunki opisane w szczegółowym opisie zamówienia?

Umożliwi to złożenie się większej ilości oferentów oraz uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6 dot. CZĘŚĆ I p.14 manekin geriatryczny do opieki nad osobami starszymi

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o rezygnację z parametru „ruchoma szczęka”. Według naszej wiedzy i opisu na stronie producenta opisany fantom nie posiada ruchomej szczęki.

Odpowiedź

Zamawiający rezygnuje z parametru „ruchoma szczęka”, pozostając przy zapisie dotyczącym wyjmowanej protezy.

Pytanie nr 7 dot. Terminu realizacji

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 7 tygodni.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia na 7 tygodni od dnia zawarcia umowy.

W związku z powyższym zmianie ulegnie zapis w: §2 pkt. 1 w załączniku nr 4 do SIWZ – Wzór umowy.